

序号	使用单位名称	生产单位	计量器具名称	型号规格	器具编号	器具使用地点	计量检定机构	是否合格	检定日期	有效期至	备注	器具编码
1	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编FK01	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008622
2	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编FK02	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008639
3	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编JZ01	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008646
4	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编JZ02	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008653
5	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编MZ02	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008660
6	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编MZ03	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008677
7	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编MZ04	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008684
8	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编MZ05	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008691
9	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编MZ06	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008707
10	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编MZ07	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008714
11	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编MZ08	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008721
12	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编MZ09	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008738
13	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编MZ10	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008745
14	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编NK01	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008752
15	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编NK02	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008769
16	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编WK01	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008776
17	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编ZYG01	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008790
18	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编ZYG02	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-24	2031-03-23	0	26520300008806
19	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编MZ01	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-24		示值超 差	26520300008004
20	揭阳市揭东区新亨镇中心卫生院	万年县芯智微科技有限公司	玻璃体温计	三角形棒式 (口腔)	自编WK02	医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-24		示值超 差	26520300008783