

序号	使用单位名称	生产单位	计量器具名称	型号规格	器具编号	器具使用地点	计量检定机构	是否合格	检定日期	有效期至	备注	器具编码
1	普宁华侨医院	常州天利智能控制股份有限公司	精密压力表	YB-150 (0-0.4) MPa	2202147	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2027-03-22	0	26528100061717
2	普宁华侨医院	常州天利智能控制股份有限公司	精密压力表	YB-150 (0-0.4) MPa	2202172	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2027-03-22	0	26528100061724
3	揭阳市人民医院	(WIKA) 威卡	压力表	YE-60 (-0.1-0-0.5) MPa	08/25883432850022	揭阳市人民医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200517157
4	揭阳市人民医院	(WIKA) 威卡	压力表	YE-60 (-0.1-0-0.5) MPa	08/25883432850032	揭阳市人民医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200517164
5	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	18.06.0002	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067845
6	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	18.06.0188	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067852
7	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	18.06.0386	揭阳市人民医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200094599
8	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	18.06.0946	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067876
9	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-2.5) MPa	18.06.0272	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067869
10	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-150 (0-2.5) MPa	18.06.1467	揭阳市人民医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200094629
11	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-150 (0-2.5) MPa	18.06.1495	揭阳市人民医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-04		阀门损坏外观不合格	23520200094636
12	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-150 (0-2.5) MPa	18.06.1579	揭阳市人民医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200094643
13	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-150 (0-2.5) MPa	18.06.1586	揭阳市人民医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200094650
14	揭阳市人民医院	杭州鹤山仪表有限公司	压力表	YE-100 (0-1.6) MPa	18021903	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	24520200001756
15	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-2.5) MPa	19.02.0028	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200068064
16	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-2.5) MPa	19.03.0124	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067883
17	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-150 (0-2.5) MPa	19.09.2061	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067906
18	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	19.12.0010	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067920
19	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-2.5) MPa	20.01.0171	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	24520200011533
20	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	20.04.0020	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067937
21	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	20.04.0038	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067944

22	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	压力表	YE-150 (0-2.5) MPa	24.06.0024	揭阳市人民医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	24520200112261	
23	揭阳市人民医院	无锡市广顺石化仪表厂	压力表	YE-60 (0-0.4) MPa	25111415	揭阳市人民医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200517171	
24	揭阳市人民医院	上海仪川仪表厂	压力表	YE-100 (0-1.6) MPa	EE05041217	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	24520200001763	
25	揭阳市人民医院	红旗仪表有限公司	压力表	YE-100 (0-1.6) MPa	HC69621007572	揭阳市人民医院供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	22520200004223	
26	揭阳市人民医院	红旗仪表有限公司	压力表	YE-100 (0-1.6) MPa	HC73551688839	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200087407	
27	揭阳市人民医院	红旗仪表有限公司	压力表	YE-100 (0-2.5) MPa	HC73531659260	揭阳市人民医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	24520200112315	
28	揭阳市人民医院	红旗仪表有限公司	压力表	YE-100 (0-2.5) MPa	HC74582227378	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200087414	
29	揭阳市人民医院	红旗仪表有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	HC73601035129	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200092685	
30	揭阳市人民医院	红旗仪表有限公司	压力表	YE-100 (0-2.5) MPa	HC74582227384	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200087421	
31	揭阳市人民医院	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	HY32922	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200087438	
32	揭阳市人民医院	中国红旗仪表有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	HY72511034646	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200098472	
33	揭阳市人民医院	中国红旗仪表有限公司	压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	HY72511034658	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200098489	
34	揭阳市人民医院	上海田林压力表厂	氧压力表	YE-100 (0-1.6) MPa	14-4-239	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067968	
35	揭阳市人民医院	上海减压器厂有限公司	氧压力表	YE-100 (0-25) MPa	18.12.0021	揭阳市人民医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200094759	
36	揭阳市人民医院	中国·红旗仪表有限公司	氧压力表	YE-100 (0-1.6) MPa	HY70542171140	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200067999	
37	揭阳市人民医院	上海荣华仪表厂	氧压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	W1335	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	25520200087520	
38	揭阳市人民医院	杭州华泰仪表厂	氧气表	YE-100 (0-1.6) MPa	1501612	揭阳市人民医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200094780	
39	揭阳市人民医院	杭州华泰仪表厂	氧气表	YE-100 (0-1.6) MPa	1501618	揭阳市人民医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200068019	
40	揭阳市人民医院	杭州富阳华仪仪表有限公司	电接点压力表	YE-100 (0-0.4) MPa	76909	揭阳市人民医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2026-07-03	0	23520200094803	
41	揭阳市人民医院	常州天利智能控制股份有限公司	精密压力表	YE-150 (0-0.4) MPa	2005334	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-04	2027-01-03	0	23520200068033	
42	揭阳市人民医院	常州天利智能控制股份有限公司	精密压力表	YE-150 (0-0.4) MPa	2005345	揭阳市人民医院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-04			示值超差 回程误差 不合格	23520200068057

43	揭阳市人民医院	常州天利智能控制股份有限公司	精密压力表	YE-150 (0-0.4) MPa	2107507	揭阳市人民医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-04			示值超差 回程误差 不合格	23520200067258
44	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	无锡雪湖特种仪表科技有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5) MPa	20096245	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		26520200044072
45	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	无锡雪湖特种仪表科技有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5) MPa	20096248	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		26520200044089
46	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	无锡雪湖特种仪表科技有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5) MPa	20096253	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		26520200044096
47	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	无锡雪湖特种仪表科技有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5) MPa	20096255	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-06		0		26520200044102
48	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601820512	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010382
49	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601820514	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010399
50	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601820515	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010405
51	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601820518	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010412
52	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601820536	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010429
53	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601820611	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200035644
54	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601820621	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200035651
55	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601820637	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200035668
56	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601821208	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010436
57	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601821209	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010443
58	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601821221	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010450
59	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601821223	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010467
60	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601821226	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010474
61	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601821232	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010481
62	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601821308	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010528
63	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601821315	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010535
64	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601821318	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010542
65	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601821337	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0		25520200010559

66	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HC74601822204	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	25520200035675	
67	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5) MPa	HY72510307064	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-06		0	26520200044119	
68	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5) MPa	HY72540793356	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	26520200044126	
69	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5) MPa	HY72542130646	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	26520200044133	
70	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HY736016135966	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	25520200000055	
71	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HY736016136162	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	25520200000062	
72	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HY736016136317	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	25520200000079	
73	揭阳市亮发石油气贸易有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	Y-100 (0-2.5MPa)	HY736016136684	气站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	25520200000093	
74	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-10) MPa	HC75612508061	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043112	
75	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-10) MPa	HC75612508062	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-02			示值超差不合格	26520200043129
76	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-10) MPa	HC75612508063	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-02			示值超差不合格	26520200043136
77	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-10) MPa	HC75612508064	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043143	
78	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-10) MPa	HC75612508065	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043150	
79	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-10) MPa	HC75612508066	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043167	
80	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-0.6) MPa	HC75612503458	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043051	
81	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-0.6) MPa	HC75612503459	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043068	
82	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-0.6) MPa	HC75612503460	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043075	
83	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-0.6) MPa	HC75612503461	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043082	
84	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-0.6) MPa	HC75612503462	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-02			示值超差回程超差	26520200043099
85	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-0.6) MPa	HC75612503463	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-02			示值超差不合格	26520200043105
86	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B (0-6) MPa	HC75612503352	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042993	

87	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-6) MPa	HC75612503353	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043006
88	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-6) MPa	HC75612503354	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043013
89	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-6) MPa	HC75612503355	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043020
90	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-6) MPa	HC75612503356	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043037
91	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-6) MPa	HC75612503357	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200043044
92	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-4) MPa	HC75612503245	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042931
93	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-4) MPa	HC75612503246	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042948
94	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-4) MPa	HC75612503247	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042955
95	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-4) MPa	HC75612503248	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042962
96	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-4) MPa	HC75612503249	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042979
97	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-4) MPa	HC75612503250	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042986
98	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-1.6) MPa	HC75612503139	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042870
99	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-1.6) MPa	HC75612503140	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042887
100	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-1.6) MPa	HC75612503141	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042894
101	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-1.6) MPa	HC75612503142	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042900
102	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-1.6) MPa	HC75612503143	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042917
103	广东省特种设备检测研究院揭阳检测院	西安自动化仪表一厂	精密压力表	YB-150B(0-1.6) MPa	HC75612503144	安全阀	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-02	2027-02-01	0	26520200042924
104	揭阳市粤东石油气实业有限公司	中国红旗仪表有限公司	抗震压力表	YN-100(0-4.0) MPa	HC75602612229	球罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26520200065282
105	揭阳市粤东石油气实业有限公司	中国红旗仪表有限公司	抗震压力表	YN-100(0-4.0) MPa	HC75602612234	球罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26520200065299
106	揭阳市元泰纸业业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5) Mpa	HC66531412615	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	26520200044140
107	揭阳市元泰纸业业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5) Mpa	HC73560978309	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	26520200044157
108	揭阳市元泰纸业业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5) Mpa	HC73560978311	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	26520200044164
109	揭阳市元泰纸业业有限公司	红旗仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-2.5) Mpa	HC71611105654	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	26520200044171
110	揭阳光武医院有限公司	中山精艺仪表厂	医用压力表	Y-100(0-0.4) MPa	2103603	揭阳光武医院有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-16	2026-09-15	0	25520200105293
111	揭阳光武医院有限公司	中山精艺仪表厂	医用压力表	Y-100(0-0.4) MPa	2311647	揭阳光武医院有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-16	2026-09-15	0	25520200105309

112	揭阳光武医院有限公司	中山精艺仪表厂	医用压力表	YE-100(-0.1-0-0.3)MPa	21047235	揭阳光武医院有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-16	2026-09-15	0	24520200062290
113	揭阳光武医院有限公司	中山精艺仪表厂	医用压力表	YE-100(-0.1-0-0.3)MPa	21047218	揭阳光武医院有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-04-01	2026-09-30	0	25520200364577
114	揭阳市宏光镀膜玻璃有限公司	上海仪川仪表厂	压力表	Y-100(0-1.6MPa)	202411046730	玻璃釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-06	2026-07-05	0	25520200244930
115	揭阳市宏光镀膜玻璃有限公司	上海仪川仪表厂	电接点压力表	YXC-150(0-1.6MPa)	202505000890	玻璃釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-06	2026-07-05	0	25520200244947
116	广东泰和保健食品有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-250(0~1.6)MPa	HY72532369148	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	24520200003248
117	揭阳市慈云医院	中国红旗仪表有限公司	不锈钢压力表	Y0-100BF(0-1)MPa	HC71522433306	揭阳市慈云医院供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	23520200079367
118	揭阳市慈云医院	淄博新时代	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)mpa	20171202811	揭阳市慈云医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	21520200009403
119	揭阳市慈云医院	淄博新时代仪表制造有限公司	内室压力表	YZ0-100Z(-0.1-0-0.5)MPa	20201105491	供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	23520200079374
120	揭阳市慈云医院	淄博新时代仪表制造有限公司	内室压力表	YZ0-100Z(-0.1-0-0.5)MPa	20201105494	供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	23520200079381
121	揭阳市慈云医院	新华医疗	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)mpa	8800NJGL	揭阳市慈云医院供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	21520200009427
122	揭阳市慈云医院	杭州江南压力表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	011699	制氧室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-16		示值超差不合格	22520200004667
123	揭阳市慈云医院	中国红旗仪表有限公司	压力表	YN-100(0-1.6)MPa	0904285639	揭阳市慈云医院制氧组	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	24520200011021
124	揭阳市慈云医院	上海减压器厂有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	16.12.0002	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	22520200004698
125	揭阳市慈云医院	上海减压器厂有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	16.12.0057	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	22520200004704
126	揭阳市慈云医院	上海减压器厂有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	17.09.0064	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	23520200023070
127	揭阳市慈云医院	上海减压器厂有限公司	压力表	Y-100(0-0.4)MPa	17.04.0034	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	22520200004711
128	揭阳市慈云医院	上海减压器厂有限公司	压力表	Y-100(0-0.4)MPa	17.05.0064	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	22520200004728
129	揭阳市慈云医院	上海减压器厂有限公司	压力表	Y-100(0-0.4)MPa	17.10.0034	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	22520200004735
130	揭阳市慈云医院	上海减压器厂有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	17.10.0137	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	22520200004759
131	揭阳市慈云医院	上海减压器厂有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	17.10.0151	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	22520200004766

132	揭阳市慈云医院	淄博新时代仪表制造有限公司	夹层压力表	YZ0-100Z (-0.1-0- 0.5)MPa	2015090510 9	供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	23520200079534
133	揭阳市慈云医院	淄博新时代仪表制造有限公司	夹层压力表	Y0-100(- 0.1-0- 0.5)Mpa	2020081000 9	揭阳市慈云医院供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	23520200079541
134	揭阳市慈云医院	淄博新时代仪表制造有限公司	夹层压力表	YZ0-100Z (-0.1-0- 0.5)MPa	2020100993 5	供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	23520200079558
135	揭阳市慈云医院	淄博新时代仪表制造有限公司	夹层压力表	YZ0-100Z (-0.1-0- 0.5)MPa	2020111062 3	供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	23520200079572
136	揭阳市慈云医院	上海减压器厂有限公司	氧压力表	Y0-100(0- 1.6)MPa	17.10.0037	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-16		示值 超差 不合格	22520200004773
137	揭阳市慈云医院	上海减压器厂有限公司	氧压力表	Y0-100(0- 25)MPa	17.11.0012	高压氧舱	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	22520200004780
138	揭阳市慈云医院	上海荣华仪表厂	氧压力表	Y0-100(0- 1.6)MPa	L201441595	制氧室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	22520200004797
139	揭阳市慈云医院	红旗仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0- 2.5)MPa	HY75552404 018	制氧组	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-11	2026-09-10	0	26520200109795
140	揭阳市慈云医院	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100(0- 0.4)MPa	HY75580802 173	高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-11	2026-09-10	0	26520200109801
141	揭阳市慈云医院	红旗仪表有限公司	氧压力表	Y-100(0- 1.6)MPa	HY26510400 217	高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-11	2026-09-10	0	26520200109818
142	揭阳市慈云医院	泉州市精仪精密仪表厂	精密压力表	YB-150(0- 0.4)MPa	00012619	揭阳市慈云医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-11		示值 超差 零位 不合格	26520200109825
143	揭阳市慈云医院	泉州市精仪精密仪表厂	精密压力表	YB-150(0- 0.4)MPa	00012902	揭阳市慈云医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-11	2027-03-10	0	26520200109832
144	揭阳市慈云医院	泉州市精仪精密仪表厂	精密压力表	YB-150(0- 0.4)MPa	00012905	揭阳市慈云医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-11	2027-03-10	0	26520200109849
145	揭阳市慈云医院	泉州市精仪精密仪表厂	精密压力表	YB-150(0- 0.4)MPa	00012906	揭阳市慈云医院高压氧	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-11	2027-03-10	0	26520200109856
146	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 1.6)MPa	HY43294	揭阳市榕城区仙桥镇山前 开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014329
147	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 1.6)MPa	HY13079	揭阳市榕城区仙桥镇山前 开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014244
148	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 1.6)MPa	HY42938	揭阳市榕城区仙桥镇山前 开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014299
149	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 1.6)MPa	24039027	揭阳市榕城区仙桥镇山前 开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014190
150	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 1.6)MPa	24038986	揭阳市榕城区仙桥镇山前 开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014169
151	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 1.6)MPa	HY42932	揭阳市榕城区仙桥镇山前 开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014275
152	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 1.6)MPa	24055697	揭阳市榕城区仙桥镇山前 开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014213

153	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-1.6)MPa	24038982	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014152
154	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-1.6)MPa	24038988	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014176
155	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-1.6)MPa	HY13094	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014251
156	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-1.6)MPa	24038992	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014183
157	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-1.6)MPa	HY13095	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014268
158	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-1.6)MPa	HY42958	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014305
159	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-1.6)MPa	24055687	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014206
160	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-1.6)MPa	HY42936	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014282
161	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-250(0-2.5)MPa	HY43280	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	23520200023452
162	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-250(0-2.5)MPa	59108	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-27		阀门漏气不合格	24520200014237
163	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-250(0-2.5)MPa	HY43229	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	23520200023445
164	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	HY49023	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014336
165	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	HY88598	揭阳市榕城区仙桥镇山前开发区广东宏泰	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014343
166	广东宏泰混凝土有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-250(0-4)MPa	39092	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-27	2026-08-26	0	24520200014220
167	揭阳市榕城区中心医院	WIKA	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8804XAL301/25	脉动真空灭菌器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-14	2026-08-13	0	25520200098090
168	揭阳市榕城区中心医院	WIKA	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8804XALD01/25	脉动真空灭菌器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-14	2026-08-13	0	25520200098106
169	揭阳市榕城区中心医院	WIKA	夹层压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8804TP4911/24	脉动真空灭菌器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-14		零位不合格	25520200098120
170	揭阳市榕城区中心医院	WIKA	夹层压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8804TP5W11/24	脉动真空灭菌器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-14	2026-08-13	0	25520200098137
171	揭阳市榕城区中心医院	WIKA	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8800FFGU01/17	脉动真空灭菌器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-16	2026-09-15	0	21520200010096
172	揭阳市榕城区中心医院	WIKA	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	88019MBM06/19	消毒供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-16	2026-09-15	0	22520200007590
173	揭阳市榕城区中心医院	WIKA	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8802B9AM08/21	供应室/脉动真空灭菌器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-16	2026-09-15	0	22520200038808

174	揭阳市榕城区中心医院	WIKA	夹层压力表	Y-100 (0.1-0.5MPa)	8800F90412/16	脉动真空灭菌器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-16	2026-09-15	0	22520200009600
175	揭阳市榕城区中心医院	WIKA	夹层压力表	Y-100 (0.1-0.5MPa)	8800Z0ST08/18	脉动真空灭菌器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-16	2026-09-15	0	21520200010119
176	揭阳市榕城区中心医院	WIKA	夹层压力表	Y-100 (0.1-0.5MPa)	8801A69Q07/19	消毒供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-16	2026-09-15	0	22520200007606
177	揭阳市金立方水性胶有限公司	杭州富阳宏盛仪表厂	压力表	Y-150 (0-1.6)MPa	2210K2962	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	23520200067296
178	揭阳市金立方水性胶有限公司	杭州富阳宏盛仪表厂	压力表	Y-150 (0-1.6)MPa	2304W5146	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	23520200067302
179	广东港源金属实业有限公司	宁波市江北兴达焊割减压仪表厂	乙炔压力表	YY-60 (0~4)MPa	20151125186	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	24520200057524
180	广东港源金属实业有限公司	宁波市江北兴达焊割减压仪表厂	乙炔压力表	YY-60 (0~4)MPa	20151125195	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	24520200057531
181	广东港源金属实业有限公司	宁波市江北兴达焊割减压仪表厂	乙炔压力表	YY-60 (0~0.25)MPa	20151126022	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	24520200057548
182	广东港源金属实业有限公司	宁波市江北兴达焊割减压仪表厂	乙炔压力表	YY-60 (0~0.25)MPa	20151126159	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	24520200057555
183	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	HC74532213976	煤气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	25520200077446
184	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	HC75522100455	煤气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	25520200136952
185	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	HC75561946943	煤气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	26520200113600
186	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	HC75561946944	煤气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	26520200113617
187	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	HC75561946945	煤气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	26520200113624
188	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	HC75561946946	煤气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	26520200113631
189	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	HC75561946949	煤气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	26520200113648
190	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	HC75561946950	煤气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	26520200113655
191	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	HC75561946957	煤气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	26520200113662

192	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6) MPa	HC75561946 959	煤气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	26520200113679
193	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN- 100(0~1.6) MPa	HC69620588 274	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	24520200057586
194	广东港源金属实业有限公司	中国·红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN- 100(0~1.6) MPa	HC69620588 554	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	24520200057593
195	广东港源金属实业有限公司	宁波市江北兴达焊接减压仪表厂	氧气压力表	YO- 60(0~2.5)M Pa	2019111231	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	24520200057609
196	广东港源金属实业有限公司	宁波市江北兴达焊接减压仪表厂	氧气压力表	YO-60 (0~2.5) Mpa	2021043031 0	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	24520200057630
197	广东港源金属实业有限公司	宁波市江北兴达焊接减压仪表厂	氧气压力表	YO- 60(0~25)MP a	2020102383 7	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	24520200057616
198	广东港源金属实业有限公司	宁波市江北兴达焊接减压仪表厂	氧气压力表	YO-60 (0~25) Mpa	2021042977 9	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-18	2026-09-17	0	24520200057623
199	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沪春自动化仪表(上海)有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0- 4)MPa	103010448	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	22520200005848
200	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沪春自动化仪表(上海)有限公司	压力表	Y-100(0- 4)Mpa	210044330	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	25520200339476
201	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	西安自动化仪表一厂	不锈钢压力表	Y-100(0- 4)MPa	24032493	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	24520200003354
202	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	西安自动化仪表一厂	不锈钢压力表	Y-100(0- 4)MPa	24032502	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	24520200003446
203	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	中国红旗仪表有限公司	不锈钢压力表	YN-100(0~ 4)MPa	HC71560547 439	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	22520200007385
204	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	中国红旗仪表有限公司	不锈钢压力表	YN-100(0~ 4)MPa	HC71562899 646	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	22520200007392
205	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	中国红旗仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0- 4)MPa	HC71612606 139	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	22520200005886
206	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沈阳大成仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0- 4)MPa	S202209- 3118	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	22520200035661
207	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沈阳大成仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0- 4)MPa	S202209- 3122	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	22520200038068
208	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沈阳大成仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0- 4)MPa	S202209- 3126	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	22520200038105
209	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沈阳大成仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-100(0- 4)MPa	A202309- 2900	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	23520200081193
210	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沈阳大成仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-100(0- 4)MPa	A202309- 2901	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	23520200081209
211	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沈阳大成仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-100(0- 4)MPa	A202309- 2902	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	23520200081216
212	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沈阳大成仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-100(0- 4)MPa	K202309- 2905	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	23520200081223
213	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沈阳大成仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-100(0- 4)MPa	K202309- 2906	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	23520200081230

214	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沈阳大成仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-100(0-4)MPa	L202309-2903	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	24520200027411	
215	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沈阳大成仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-100(0-4)MPa	R202309-2968	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	23520200081278	
216	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	沪春自动化仪表(上海)有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0-4)MPa	210044320	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	22520200005862	
217	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	无锡雪浪仪表厂	压力表	Y-100(0-4)Mpa	11215410	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	21520200014247	
218	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	西安自动化仪表一厂	不锈钢压力表	Y-100(0-2.5)MPa	23025621	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	24520200003309	
219	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	无锡凯丰压力表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0-2.5)MPa	250323916	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	25520200099202	
220	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	无锡雪浪仪表厂	压力表	YN-100(0-2.5)MPa	01216403	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	21520200007713	
221	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	无锡雪浪仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-4)MPa	10216418	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	22520200006050	
222	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	无锡雪浪仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-2.5)MPa	10716402	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	22520200038129	
223	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	西安自动化仪表一厂	压力表	Y-100(0-2.5)Mpa	HY68602322050	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26520200134636	
224	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	西安自动化仪表一厂	压力表	Y-100(0~2.5)MPa	HY68602322173	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	21520200007980	
225	揭阳空港经济区中普新石化有限公司	无锡雪浪仪表厂	压力表	Y-100(0-2.5)Mpa	01216428	中普新石化公司气库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-23		0	26520200134629	
226	揭西县妇幼保健计划生育服务中心(揭西县妇幼保健院)	淄博胜利仪表有限公司	压力真空表	YE-100(-0.1~0.5)MPa	20103027	揭西妇幼一楼消毒供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-26	2026-08-25	0	25522200014247	
227	揭西县妇幼保健计划生育服务中心(揭西县妇幼保健院)	淄博胜利仪表有限公司	压力真空表	Y-100(-0.1-0.5)kPa	20103063	揭西县妇幼保健计划生育服务中心一楼消毒供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-26	2026-08-25	0	22522200010310	
228	揭西县妇幼保健计划生育服务中心(揭西县妇幼保健院)	淄博胜利仪表有限公司	压力真空表	YE-100(-0.1~0.5)MPa	20103077	揭西妇幼一楼消毒供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-26	2026-08-25	0	25522200014261	
229	揭西县妇幼保健计划生育服务中心(揭西县妇幼保健院)	淄博胜利仪表有限公司	压力真空表	YE-100(-0.1~0.5)MPa	21116351	揭西妇幼一楼消毒供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-26	2026-08-25	0	25522200014278	
230	揭西县妇幼保健计划生育服务中心(揭西县妇幼保健院)	淄博胜利仪表有限公司	压力真空表	YE-100(-0.1~0.5)MPa	21125218	揭西妇幼一楼消毒供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-26			示值超差不合格	25522200014285
231	揭西县妇幼保健计划生育服务中心(揭西县妇幼保健院)	淄博胜利仪表有限公司	压力真空表	YE-100(-0.1~0.5)MPa	21125705	揭西妇幼一楼消毒供应室	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-26			示值超差不合格	25522200014292
232	揭阳市茂德燃气有限公司	鸿优仪表(上海)有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0-4)MPa	HY240106631	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200056960	
233	揭阳市茂德燃气有限公司	红优仪表(上海)有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0-4)MPa	YH240106645	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200056977	
234	揭阳市茂德燃气有限公司	上海仪川仪表厂	压力表	Y-150(0-4)MPa	202303043095	液化石油气储罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200072380	

235	揭阳市茂德燃气有限公司	上海仪川仪表厂	压力表	Y-150 (0-4) MPa	202303043170	液化石油气储罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200072397
236	揭阳市茂德燃气有限公司	中国红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0-2.5) MPa	HA65622555033	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200056984
237	揭阳市茂德燃气有限公司	中国红旗仪表有限公司	抗震压力表	YN-100 (0-2.5) MPa	HY69601185458	液化石油气压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	24520200012264
238	揭阳市茂德燃气有限公司	沪春自动化仪表(上海)有限公司	耐震压力表	YN-100 (0-2.5) MPa	G309071776	液化石油气压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	24520200012301
239	揭阳市茂德燃气有限公司	沪春自动化仪表(上海)有限公司	耐震压力表	YN-100 (0-2.5) MPa	G403018373	液化石油气压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-26		0	24520200012356
240	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YTN-60Z (0-2.5) Mpa	HC74531861075	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200290227
241	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YTN-60Z (0-2.5) Mpa	HC74531861077	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200290234
242	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YTN-60Z (0-2.5) Mpa	HC74531861726	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200290241
243	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YTN-60Z (0-2.5) Mpa	HC74531862046	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200290258
244	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001399	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200290371
245	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001641	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200290425
246	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001859	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200290449
247	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001979	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200290463
248	揭阳市茂德燃气有限公司	沪春自动化仪表(上海)有限公司	耐震压力表	Y-100 (0-2.5) MPa	J303020513	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200057035
249	揭阳市茂德燃气有限公司	沪春自动化仪表(上海)有限公司	耐震压力表	Y-100 (0-2.5) MPa	J303020594	压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-26	2026-07-25	0	25520200057059
250	揭阳市茂德燃气有限公司	西安自动化仪表一厂	压力表	Y-150 (0-4) MPa	HC67582879681	液化石油气储罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-26		0	26520200043174
251	揭阳市茂德燃气有限公司	沪春自动化仪表(上海)有限公司	耐震压力表	YN-100 (0-2.5) MPa	G403018228	液化石油气压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	24520200012325
252	揭阳市茂德燃气有限公司	中国红旗仪表有限公司	抗震压力表	YN-100 (0-2.5) MPa	HY69612163257	液化石油气压力管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	24520200012288
253	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150 (0-2.5) Mpa	HY75561006317	储罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	25520200290197
254	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150 (0-2.5) Mpa	HY75561006206	储罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	25520200290173
255	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150 (0-2.5) Mpa	HY75561006305	储罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	25520200290180
256	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0-2.5) Mpa	HY75542702401	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	25520200290166

257	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0-2.5) Mpa	HY75542702237	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	25520200290142
258	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100 (0-2.5) Mpa	HY75542702334	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	25520200290159
259	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100ZT (0-6) Mpa	HC74620100544	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065428
260	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100ZT (0-6) Mpa	HC74620100542	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065411
261	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100ZT (0-6) Mpa	HC74620100534	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065404
262	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100ZT (0-6) Mpa	HC75521567758	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065435
263	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100ZT (0-6) Mpa	HC75521567760	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065442
264	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100ZT (0-6) Mpa	HC75521567764	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065459
265	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75521401439	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065466
266	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001373	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065473
267	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001534	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065480
268	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001535	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065497
269	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001602	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065503
270	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001604	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065510
271	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001746	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065527
272	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522001873	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065534
273	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522002027	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065541
274	揭阳市茂德燃气有限公司	红旗仪表有限公司	抗震压力表	YTN-100 (0-2.5) Mpa	HY75522002054	管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-12	2026-08-11	0	26520200065558
275	揭阳市协华实业投资有限公司	上海仪民仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0-1.6)MPa	21111190	揭阳市协华使用投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	24520200088436
276	揭阳市协华实业投资有限公司	上海仪民仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0-1.6)MPa	21111408	揭阳市协华使用投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	22520200002434

277	揭阳市协华实业投资有限公司	富阳万兴仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0-1.6)MPa	6500112	揭阳市协华使用投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	22520200034978
278	揭阳市协华实业投资有限公司	富阳万兴仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0-1.6)MPa	6500126	揭阳市协华使用投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	22520200035029
279	揭阳市协华实业投资有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1)MPa	1702161R221	揭阳市协华实业投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-26		示值超差	21520200012144
280	揭阳市协华实业投资有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1)MPa	1702161R223	揭阳市协华使用投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	22520200035043
281	揭阳市协华实业投资有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1)MPa	1702161R246	揭阳市协华油库-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	22520200014161
282	揭阳市协华实业投资有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1)MPa	1702161R253	揭阳市协华使用投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	21520200012779
283	揭阳市协华实业投资有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1)MPa	1702161R256	揭阳市协华实业投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	21520200012793
284	揭阳市协华实业投资有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1)MPa	1702161R257	揭阳市协华使用投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	21520200012809
285	揭阳市协华实业投资有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1)MPa	1702161R297	揭阳市协华使用投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	22520200035074
286	揭阳市协华实业投资有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1)MPa	1702161R304	揭阳市协华使用投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-26	2026-09-25	0	22520200013898
287	揭阳市协华实业投资有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1)MPa	1702161R454	揭阳市协华使用投资有限公司-泵区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-26		减震油泄漏不合格	22520200035104
288	揭阳市天元建材有限公司	中国红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	11.03.22.5779	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-13	2026-09-12	0	24520200003149
289	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HC67552516480	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-13	2026-09-12	0	26520200110166
290	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HC68621165183	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-13		示值超差表盘损坏不合格	21520200016197
291	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HC71620331196	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-13		示值超差不合格	23520200012715
292	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HC73560978276	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-13	2026-09-12	0	24520200073517
293	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HC73591336413	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-13	2026-09-12	0	23520200092830
294	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HC73591336426	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-13	2026-09-12	0	23520200092854
295	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HC73591336436	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-13	2026-09-12	0	23520200092861
296	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HC73591336452	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-13	2026-09-12	0	23520200092878

297	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HC74532367295	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-13		示值超差不合格	24520200073562
298	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HC74570960398	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-13	2026-09-12	0	24520200016354
299	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-2.5)MPa	HY71601520069	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-13	2026-09-12	0	23520200012722
300	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-1.6)MPa	HY71581180600	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-13		示值超差不合格	23520200011909
301	揭阳市天元建材有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200(0-1.6)MPa	HY71581180635	分气缸	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-13		示值超差不合格	23520200011923
302	广东万方制药有限公司	上海亿川高新仪器仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	250217946	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200517133
303	广东万方制药有限公司	上海亿川高新仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)Mpa	250217977	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200093736
304	广东万方制药有限公司	上海亿川高新仪器仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)Mpa	230213947	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200517126
305	广东万方制药有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	220231657	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-05		0	22522500001445
306	广东万方制药有限公司	天津北方华青仪器仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	A3055099	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200517140
307	揭阳市库伟实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)MPa	HY70602503050	车间管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	26522600000047
308	揭阳市库伟实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)MPa	HA71582444623	车间管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	26522600000023
309	揭阳市库伟实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)MPa	HA72590920108	车间管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	26522600000030
310	广东国鑫实业股份有限公司	中国红旗仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)Mpa	10.08.08.4497	矿粉厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	25520200072328
311	广东国鑫实业股份有限公司	上海天川仪表厂	压力表	Y-100(0-1.6)Mpa	1EH2314	矿粉厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	25520200072335
312	广东国鑫实业股份有限公司	云南中控仪表股份有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)Mpa	EE0116247	矿粉厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	25520200072342
313	广东国鑫实业股份有限公司	云南中控仪表股份有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)Mpa	EE0616090	矿粉厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	25520200072359
314	广东国鑫实业股份有限公司	云南中控仪表股份有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)Mpa	EY0616092	矿粉厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	25520200067270
315	广东国鑫实业股份有限公司	云南中控仪表股份有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)Mpa	EY1215341	矿粉厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	25520200072373
316	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)Mpa	HY75530301705	矿粉厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	26520200098020
317	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)Mpa	HY75530301735	矿粉厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	26520200098037
318	广东国鑫实业股份有限公司	云南中控仪表股份有限公司	不锈钢压力表	YNO-100(0-6.0)Mpa	ES1207212	氧气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108101

319	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	不锈钢压力表	YNO-100(0-6.0)Mpa	HC75552172045	氮气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108118
320	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	不锈钢压力表	YNO-100(0-6.0)Mpa	HC75552172049	氧气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108125
321	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	不锈钢压力表	YNO-100(0-6.0)Mpa	HC75552172052	氮气管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108132
322	广东国鑫实业股份有限公司	上海仪川仪表厂	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	20241220688	二次除尘	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108149
323	广东国鑫实业股份有限公司	上海仪川仪表厂	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	20241220699	连铸	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108156
324	广东国鑫实业股份有限公司	上海仪川仪表厂	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	20241220728	联排器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-05		示值超差不合格	26520200108163
325	广东国鑫实业股份有限公司	上海仪川仪表厂	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	20241220729	连铸	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108170
326	广东国鑫实业股份有限公司	云南中控仪表股份有限公司	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	ES0309098	连铸	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	25520200099349
327	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	HC73603007002	三次除尘	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	25520200099363
328	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	HC75590624126	压空管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108200
329	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	HC75592010813	热闷罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108217
330	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	HC75592010822	热闷罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108224
331	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	HC75592010832	压空管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-05		示值超差不合格	26520200108231
332	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YN-100(0-1.6)Mpa	HC75592010839	热闷罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108248
333	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YN-150(0-4.0)Mpa	HC75532434511	转炉1#汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108187
334	广东国鑫实业股份有限公司	红旗仪表有限公司	耐震压力表	YN-150(0-4.0)Mpa	HC75532434516	转炉1#汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-05	2026-09-04	0	26520200108194
335	广东国鑫实业股份有限公司	上海联力仪表有限公司	压力表	Y-100(0-25)Mpa	ZL08189091	发电厂汽机高压加热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	24520200000223
336	广东国鑫实业股份有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-25)Mpa	HC66581062481	发电厂汽机高压加热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	24520200004429
337	广东国鑫实业股份有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-25)Mpa	HC66581062581	发电厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	22520200060281
338	广东国鑫实业股份有限公司	上海联力仪表有限公司	压力表	Y-100(0-25)Mpa	ZL08189044	发电厂汽机高压加热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	24520200000209
339	广东国鑫实业股份有限公司	上海联力仪表有限公司	压力表	Y-100(0-25)Mpa	ZL08189057	发电厂汽机高压加热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	24520200000216
340	广东国鑫实业股份有限公司	上海联力仪表有限公司	压力表	Y-100(0-25)Mpa	ZL08189076	发电厂锅炉过热蒸汽主管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	25520200105255
341	广东国鑫实业股份有限公司	上海联力仪表有限公司	压力表	Y-100(0-25)Mpa	ZL186039	发电厂汽机高压加热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	24520200000230

342	广东国鑫实业股份有限公司	上海天湖仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-25)Mpa	60064	发电厂汽机高压加热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	26520200110227	
343	广东国鑫实业股份有限公司	上海天湖仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-25)Mpa	C10D0249	发电厂锅炉炉汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	25520200105262	
344	广东国鑫实业股份有限公司	上海天湖仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-25)Mpa	HY37574	发电厂汽机高压加热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	26520200110258	
345	广东国鑫实业股份有限公司	上海自动化仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0-4)Mpa	MA05163137	5#低加进口蒸汽压力	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	26520200110173	
346	广东国鑫实业股份有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-4)Mpa	HC67570747739	余热锅炉高压汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	25520200098670	
347	广东国鑫实业股份有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-4)Mpa	HC67570747770	余热锅炉低温过热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	25520200098687	
348	广东国鑫实业股份有限公司	重庆昆仑仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)Mpa	16027157	发电厂汽机低压加热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	24520200004344	
349	广东国鑫实业股份有限公司	重庆昆仑仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)Mpa	16027158	发电厂汽机低压加热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	24520200004351	
350	广东国鑫实业股份有限公司	沈阳虹润自动化仪表厂	压力表	Y-150(0-2.5)Mpa	168356	余热锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	23520200092670	
351	广东国鑫实业股份有限公司	上海联力仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)Mpa	ZL195231	余热锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	23520200092755	
352	广东国鑫实业股份有限公司	上海联力仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)Mpa	ZL197240	发电厂汽机低压加热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-10			示值超差	24520200004504
353	广东国鑫实业股份有限公司	云南中控仪表股份有限公司	耐震压力表	Y-100(0-2.5)Mpa	ES0228448	余热锅炉低压汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-10			示值超差	26520200110234
354	广东国鑫实业股份有限公司	云南中控仪表股份有限公司	耐震压力表	Y-100(0-2.5)Mpa	ES0703339	余热锅炉低压汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	26520200110241	
355	广东国鑫实业股份有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)Mpa	HA68560787139	余热锅炉高压汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	25520200098649	
356	广东国鑫实业股份有限公司	安徽省天长市兆鸿仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-150(0-1.6)Mpa	2017046851	余热锅炉高压汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	26520200110180	
357	广东国鑫实业股份有限公司	安徽省天长市兆鸿仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-150(0-1.6)Mpa	2017046853	余热锅炉高压汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	26520200110197	
358	广东国鑫实业股份有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力真空表	Y-150(0.1-0-1.5)Mpa	HC66552537695	余热锅炉高压汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	26520200110210	
359	广东国鑫实业股份有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力真空表	Y-150(0.1-0-1.5)Mpa	HC65532768227	余热锅炉高温过热器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	26520200110203	
360	广东国鑫实业股份有限公司	中国·红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-6)Mpa	11.04.10.2784	余热锅炉高压汽包	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	25520200105248	
361	广东国鑫实业股份有限公司	重庆昆仑仪表有限公司	压力表	Y-150(0-1)Mpa	16128297	发电厂汽机除氧器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	24520200000124	
362	广东国鑫实业股份有限公司	上海联力仪表有限公司	压力表	Y-150(0-0.6)Mpa	ZL183495	疏水扩容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-10	2026-09-09	0	25520200098748	
363	广东嘉林科技有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-250(0-2.5)MPa	HY26510700718	锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520300003061	
364	广东嘉林科技有限公司	红旗仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-2.5)MPa	HY75611568042	锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26522600000016	
365	广东嘉林科技有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	HC75602629617	锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520300003047	

366	广东嘉林科技有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150 (0-2.5) MPa	HC75602629 814	锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520300003054
367	广东深展实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力真空表	Y-150(-0.1-0-1.5) MPa	HC74562946 387	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-06	2026-08-05	0	26520200043419
368	广东宝盛兴实业有限公司	杭州东亚仪表有限公司	压力表	Y-150 (0-2.5) MPa	201007057	车间	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-14	2026-07-13	0	22520200004308
369	广东宝盛兴实业有限公司	浙江富阳宏程仪表厂	压力表	Y-150 (0-2.5) MPa	2018476	车间	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-14	2026-07-13	0	26520200000047
370	广东宝盛兴实业有限公司	杭州富阳宏程仪表厂	压力表	Y-150 (0-2.5) MPa	20185786	车间	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-14	2026-07-13	0	26520200000054
371	广东宝盛兴实业有限公司	杭州富阳宏程仪表厂	压力表	Y-150 (0-2.5) MPa	2020489	车间	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-14	2026-07-13	0	26520200000061
372	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0615	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-11		示值超差	26520200065664
373	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0629	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-11		示值超差	26520200065671
374	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0630	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-11		示值超差	26520200065688
375	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0631	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065695
376	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0641	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-11		示值超差	26520200065701
377	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0649	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065718
378	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0656	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065725
379	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0660	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-11		示值超差	26520200065732
380	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0662	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065749
381	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0669	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-11		示值超差	26520200065756
382	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0673	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-11		示值超差	26520200065763
383	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0690	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-11		示值超差	26520200065770
384	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0691	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065787
385	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0697	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-11		示值超差	26520200065794
386	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	2412W0700	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-11		示值超差	26520200065800
387	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	AD101440	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065817
388	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100 (0-1.6) MPa	AD101446	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065824

389	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101450	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065831
390	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101464	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065848
391	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101466	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065855
392	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101472	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065862
393	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101473	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065879
394	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101490	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065886
395	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101492	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065893
396	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101500	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065909
397	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101506	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065916
398	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101514	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065923
399	揭阳市好夫曼建材有限公司	杭州富阳振达仪表厂	压力表	YBF-100(0-1.6)MPa	AD101517	蒸压釜	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-11	2026-08-10	0	26520200065930
400	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100Z(0-1.6)MPa	HA73560801669	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-05	2026-08-04	0	23520200079756
401	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	HY73551802113	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-05		阀门损坏不合格	23520200079916
402	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	HY73551801607	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-05	2026-08-04	0	23520200079893
403	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	HY73551801306	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-05	2026-08-04	0	23520200079886
404	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	HY73551801219	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-05	2026-08-04	0	23520200079879
405	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	HC73562826303	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-05	2026-08-04	0	23520200079862
406	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	HC73562826205	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-05	2026-08-04	0	23520200079855
407	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-2.5)MPa	HC73551002570	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-02-05		示值超差不合格	23520200079930
408	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100Z(0-1.6)MPa	HC73552731515	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-05	2026-08-04	0	23520200079824
409	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-2.5)MPa	HC73551002605	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-05	2026-08-04	0	23520200079947
410	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-2.5)MPa	HC73551102725	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-05	2026-08-04	0	23520200079961
411	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-2.5)MPa	HC73551102831	金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-05	2026-08-04	0	23520200079978

412	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	电接点压力表	YXC-150(0-2.5)Mpa	HC74600630824	揭阳市金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	26520200043259	
413	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	电接点压力表	YXC-150(0-2.5)Mpa	HC74600630894	揭阳市金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	26520200043266	
414	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)Mpa	HY75602206113	揭阳市金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	26520200043242	
415	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)Mpa	HY75602203010	揭阳市金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	26520200043228	
416	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)Mpa	HY75602206104	揭阳市金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	26520200043235	
417	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100ZT(0-1.6)Mpa	HA74551779784	揭阳市金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	26520200043211	
418	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100ZT(0-1.6)Mpa	HA74550725423	揭阳市金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	26520200043181	
419	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100ZT(0-1.6)Mpa	HA74550727566	揭阳市金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	26520200043198	
420	揭阳市金达泰建材实业有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-100ZT(0-1.6)Mpa	HA74550729400	揭阳市金达泰建材实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-09	2026-08-08	0	26520200043204	
421	广东顺风实业有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-1.6)MPa	22034742	广东顺风实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-04	2026-09-03	0	26520200108491	
422	广东顺风实业有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-1.6)MPa	22034746	广东顺风实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-04			阀门漏油不合格	26520200108507
423	广东顺风实业有限公司	杭州富阳华仪仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-1.6)MPa	HY35177	广东顺风实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-04			示值超差不合格	26520200108514
424	广东顺风实业有限公司	上海仪民仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-1.6)MPa	20250225017	广东顺风实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-23			指针卡顿不稳不合格	26520200136234
425	广东顺风实业有限公司	上海仪民仪表有限公司	电接点压力表	YX-150(0-1.6)MPa	20250225018	广东顺风实业有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26520200136241	
426	广东鑫昌顺新材料科技有限公司	苏州轩胜仪表科技有限公司	耐震真空表	YN-100(0-0.1-0)Mpa	G240010180	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-31		0	24522200018697	
427	广东鑫昌顺新材料科技有限公司	苏州轩胜仪表科技有限公司	耐震真空表	YN-100(0-0.1-0)Mpa	G240010187	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-31	2026-09-30	0	24522200018703	
428	广东鑫昌顺新材料科技有限公司	苏州轩胜仪表科技有限公司	耐震真空表	YN-100(0-0.1-0)Mpa	Y2507131	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-31		0	25522200014223	
429	广东鑫昌顺新材料科技有限公司	苏州轩胜仪表科技有限公司	耐震真空表	YN-100(0-0.1-0)Mpa	Y2507155	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-31		0	25522200014230	
430	揭阳市永大化工有限公司	泰州泓科仪器仪表有限公司	不锈钢压力表	Y100B(0-1.6)MPa	HK2601210359	化工管道	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-12	2026-09-11	0	26520200111736	
431	揭阳市庆展不锈钢有限公司	富阳市四方仪表厂	压力表	Y-60(0-1.6)MPa	61041638	空压机	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-12	2026-09-11	0	22520200007781	
432	揭阳市庆展不锈钢有限公司	杭州富阳四方仪表厂	压力表	Y-100(0-1.6)MPa	7551188	空压机	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-12	2026-09-11	0	22520200007798	

433	广东锦龙源印刷材料有限公司	杭州东亚仪表有限公司	压力表	Y-100 (0-1.6)MPa	200341603	生产车间储气罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-12	2026-09-11	0	2552250000094
434	广东锦龙源印刷材料有限公司	杭州东亚仪表有限公司	压力表	Y-100 (0-1.6)MPa	200342485	生产车间储气罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-12	2026-09-11	0	2552250000100
435	广东锦龙源印刷材料有限公司	杭州东亚仪表有限公司	压力表	Y-100 (0-1.6)MPa	230455472	储气罐	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-12	2026-09-11	0	2552250000124
436	揭阳空港区海逸制冰经营部	烟台沸昌仪表	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-2.4) MPa	1510490	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	26520200009835
437	揭阳空港区海逸制冰经营部	烟台沸昌仪表	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-2.4) MPa	201850168	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-23		示值超差不合格	24520200002517
438	揭阳空港区海逸制冰经营部	烟台沸昌仪表	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-2.4) MPa	201850241	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	24520200002524
439	揭阳空港区海逸制冰经营部	烟台沸昌仪表	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-1.5) MPa	201850457	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	24520200002548
440	揭阳空港区海逸制冰经营部	苏州轩胜仪表科技有限公司	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-2.4) MPa	C23074775	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	26520200031898
441	揭阳空港区海逸制冰经营部	苏州轩胜仪表科技有限公司	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-2.4) MPa	C23074789	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	25520200067171
442	揭阳空港区海逸制冰经营部	苏州轩胜仪表科技有限公司	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-2.4) MPa	C23074793	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	25520200067188
443	揭阳空港区海逸制冰经营部	红旗仪表有限公司	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-2.4) MPa	HC72522196019	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	24520200002449
444	揭阳空港区海逸制冰经营部	红旗仪表有限公司	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-1.5) MPa	HC72530650260	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	25520200067263
445	揭阳空港区海逸制冰经营部	苏州轩胜仪表科技有限公司	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-1.5) MPa	P23062574	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	25520200067249
446	揭阳空港区海逸制冰经营部	苏州轩胜仪表科技有限公司	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-1.5) MPa	P23062575	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	26520200031904
447	揭阳空港区海逸制冰经营部	苏州轩胜仪表科技有限公司	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-1.5) MPa	P23062577	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	26520200031911
448	揭阳空港区海逸制冰经营部	苏州轩胜仪表科技有限公司	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-1.5) MPa	Z24037628	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	26520200009842
449	揭阳空港区海逸制冰经营部	苏州轩胜仪表科技有限公司	氨压力真空表	YA-100 (-0.1-0-1.5) MPa	Z24037656	压力容器	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-23	2026-07-22	0	26520200009859
450	揭阳市仕源医院有限公司	中山精艺仪表厂	医用压力表	Y-100	18109210	揭阳市榕城区仙桥紫泰路北側仕源医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-03	2026-09-02	0	22520200039478

451	揭阳市仕源医院有限公司	中山精艺仪表厂	医用压力表	Y-100	18109701	揭阳市榕城区仙桥紫泰路 北侧仕源医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-03	2026-09-02	0	22520200039485
452	揭阳市仕源医院有限公司	中山精艺仪表厂	医用压力表	Y-100	18109796	揭阳市榕城区仙桥紫泰路 北侧仕源医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-03	2026-09-02	0	22520200039492
453	揭阳市仕源医院有限公司	中山精艺仪表厂	医用压力表	Y-100	19013321	揭阳市榕城区仙桥紫泰路 北侧仕源医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-03		示值 超差	22520200039508
454	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326700	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045256
455	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326793	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045270
456	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326807	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045287
457	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326829	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045294
458	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326849	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-27		螺纹 损坏 不合格	23520200045300
459	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州富阳兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	181204642	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200092380
460	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州富阳兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	190708528	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	25520200098816
461	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	220318526	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-27		零位 未归 零不 合格	22520200038556
462	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326699	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045324
463	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326731	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045386
464	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326742	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045393
465	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326760	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045416
466	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326823	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045461
467	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326832	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045478
468	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326837	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045515
469	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326843	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045553
470	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326848	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045577
471	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326850	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045584
472	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326896	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045638
473	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	抗震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230326901	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	23520200045645

499	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240300598	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	24520200003699
500	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240300605	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	24520200003705
501	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240300619	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	24520200003712
502	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240305378	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-27			指针偏转不稳不合格 24520200003729
503	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240305385	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	24520200003736
504	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240305393	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	24520200003750
505	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240305405	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	24520200003774
506	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240305421	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	24520200003798
507	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240305433	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-27			示值超差 24520200003835
508	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240305439	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	24520200003842
509	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240305445	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	24520200003859
510	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	240306682	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	24520200003880
511	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	241208002	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-03-27			零位未归零不合格 25520200098830
512	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	241208036	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	25520200098847
513	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	241208045	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	25520200098861
514	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	241208049	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	25520200098878
515	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	241208103	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	25520200098885
516	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	杭州兴盛仪表厂	耐震压力表	Y-100(0-1.6)MPa	250208884	揭阳市利鸿基润丰油库有限公司	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-27	2026-09-26	0	25520200098892
517	中海油销售汕头有限公司揭阳分公司	杭州富阳华仪器仪表有限公司	耐震压力表	Y-60(0-0.16)MPa	24102406	美华油库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	26520200000016
518	中海油销售汕头有限公司揭阳分公司	杭州富阳华仪器仪表有限公司	耐震压力表	Y-60(0-0.16)MPa	24102466	美华油库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	26520200000023
519	中海油销售汕头有限公司揭阳分公司	杭州富阳华仪器仪表有限公司	耐震压力表	Y-60(0-0.16)MPa	24102473	美华油库	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-16	2026-07-15	0	26520200000030
520	揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院	淄博新时代仪表制造有限公司	内室压力表	YZ100Z(-0.1-0-0.5)MPa	20250710523	砲台镇中心卫生院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-20	2026-07-19	0	26520200009811

521	揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院	淄博新时代仪表制造有限公司	内室压力表	YZ100Z(-0.1-0-0.5)MPa	20250710541	砲台镇中心卫生院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-20	2026-07-19	0	25520200535632
522	揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院	淄博新时代仪表制造有限公司	夹层压力表	YZ100Z(-0.1-0-0.5)MPa	20250710427	砲台镇中心卫生院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-20	2026-07-19	0	26520200009798
523	揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院	淄博新时代仪表制造有限公司	夹层压力表	YZ100Z(-0.1-0-0.5)MPa	20251010815	砲台镇中心卫生院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-20	2026-07-19	0	26520200009804
524	揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院	上海仪川仪表厂	压力表	Y-100(0-1.6)MPa	2025053669	砲台镇中心卫生院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-20	2026-07-19	0	26520200009828
525	揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院	浙江雷尔电气自动化(集团)有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)MPa	202410011571	揭阳市第五人民医院制氧机	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-25	2026-08-24	0	26520200065572
526	揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院	青岛圣华仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)MPa	230610251	揭阳市第五人民医院制氧机	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-25	2026-08-24	0	26520200065589
527	揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院	红旗仪表有限公司	氧压力表	Y-100(0-1.6)MPa	HC74562010601	制氧机房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-25	2026-08-24	0	26520200065596
528	揭阳首创水务有限责任公司	杭州华科仪表有限公司	压力表	Y-60(0~0.25)MPa	24040905	揭阳市区污水处理厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-04	2026-09-03	0	25520200307338
529	揭阳首创水务有限责任公司	杭州华科仪表有限公司	轴向压力表	Y-100(0~1.6)MPa	20240362956	揭阳市区污水处理厂	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-04	2026-09-03	0	25520200307345
530	揭阳市天阳模具有限公司	上海微仪电工机械设备有限公司	不锈钢压力表	Y-150(0-2.5)MPa	2019-06-0222	车间	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	23520200093066
531	揭阳市天阳模具有限公司	上海微仪电工机械设备有限公司	不锈钢压力表	Y-150(0-2.5)MPa	2019-06-0231	车间	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	23520200093073
532	揭阳市天阳模具有限公司	上海微仪电工机械设备有限公司	不锈钢压力表	Y-150(0-2.5)MPa	2019-06-0257	车间	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	23520200093080
533	揭阳市天阳模具有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	HY74511203611	锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-02	2026-09-01	0	26520200108095
534	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	淄博新时代仪表制造有限公司	医用压力表	Y-60(0-0.4)MPa	20230705928	粤东肿瘤医院检验科	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-03	2026-09-02	0	24520200002166
535	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	扬州美智杰仪表有限公司	医用压力表	YNG0ZT(0-0.4)MPa	221103792	揭阳粤东肿瘤医院消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-03	2026-09-02	0	24520200012493
536	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	红旗仪表有限公司	氧压力表	Y0-100(0-2.5)MPa	HC72560607940	液氧站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-06	2026-09-05	0	24520200026452
537	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	红旗仪表有限公司	氧压力表	Y0-100(0-2.5)MPa	HC72560608044	液氧站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-06	2026-09-05	0	24520200026469
538	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	红旗仪表有限公司	氧压力表	Y0-100(0-1.6)MPa	HC73542613810	液氧站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-06	2026-09-05	0	2452020006584
539	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	红旗仪表有限公司	氧压力表	Y0-100(0~2.5)MPa	HC74620235412	液氧站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-06	2026-09-05	0	26520200110098
540	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	红旗仪表有限公司	氧压力表	Y0-100(0-1.6)MPa	HY74580800126	液氧站	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-06	2026-09-05	0	25520200098557
541	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	WIKA	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8802F411	消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	24520200002005
542	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	WIKA	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8802F414	消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	24520200002012

543	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	WIKA	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8802F4IA	消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	24520200002029
544	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	WIKA	内室压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8802POYW	消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	24520200002036
545	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	WIKA	压力表	Y-100(-0.1-0-1.5)MPa	8802AGEJ	消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	26520200137606
546	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	WIKA	压力表	Y-100(-0.1-0-1.5)MPa	8802AGET	消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	25520200106597
547	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	WIKA	夹层压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8802PJY4	消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	24520200002043
548	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	WIKA	夹层压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8802PJY9	消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	24520200002050
549	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	WIKA	夹层压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8802PP7W	消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	24520200002067
550	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	WIKA	夹层压力表	Y-100(-0.1-0-0.5)MPa	8802PP83	消毒供应中心	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-30	2026-09-29	0	24520200002074
551	揭阳市榕城区登岗镇卫生院	苏州新源特种仪表有限公司	压力表	Y-100(0-0.4)Mpa	2108244	锅炉	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-06		示值超差不合格	24520200112032
552	揭阳市榕城区登岗镇卫生院	苏州新源特种仪表有限公司	压力表	Y-100(0-0.4)MPa	2108251	登岗镇卫生院院内	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-06	2026-07-05	0	25520200490696
553	揭阳市毫源制冰有限公司	上海天川仪表厂	氨压力真空表	YZA-100(-0.1-0-1.5)MPa	20-0703348	揭阳市地都镇枫美村	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-29	2026-07-28	0	26520200042221
554	揭阳市毫源制冰有限公司	上海天川仪表厂	氨压力真空表	YZA-100(-0.1-0-1.5)MPa	20-0752891	揭阳市地都镇枫美村	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-29	2026-07-28	0	26520200042238
555	揭阳市毫源制冰有限公司	上海天川仪表厂	氨压力真空表	YZA-100(-0.1-0-1.5)MPa	21-11209101	揭阳市地都镇枫美村	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-29	2026-07-28	0	26520200042245
556	揭阳市毫源制冰有限公司	上海天川仪表厂	氨压力真空表	YZA-100(-0.1-0-1.5)MPa	21-11209115	揭阳市地都镇枫美村	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-29	2026-07-28	0	26520200042252
557	揭阳市毫源制冰有限公司	上海天川仪表厂	氨压力真空表	YZA-100(-0.1-0-1.5)MPa	21-11209148	揭阳市地都镇枫美村	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-29	2026-07-28	0	26520200042269
558	揭阳市毫源制冰有限公司	上海天川仪表厂	氨压力真空表	YZA-100(-0.1-0-2.4)MPa	23-09038325	揭阳市地都镇枫美村	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-29	2026-07-28	0	26520200042276
559	揭阳市毫源制冰有限公司	上海天川仪表厂	氨压力真空表	YZA-100(-0.1-0-2.4)MPa	24-08524873	揭阳市地都镇枫美村	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-29	2026-07-28	0	26520200042283

560	揭阳市毫源制冰有限公司	上海天川仪表厂	氨压力真空表	YZA-100 (0.1-0-2.4)MPa	25-04525270	揭阳市地都镇枫美村	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-29	2026-07-28	0	26520200042290
561	揭阳市毫源制冰有限公司	上海天川仪表厂	氨压力真空表	YZA-100 (0.1-0-2.4)MPa	25-07036275	揭阳市地都镇枫美村	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-29	2026-07-28	0	26520200042306
562	厚溯检测（广东）有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	YB-100B (0~25) Mpa	HC73542631039	广东省揭阳市榕城区望江北路3489号纳华大厦一楼	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-14	2026-07-13	0	25520200178983
563	厚溯检测（广东）有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	YB-100B (0~25) Mpa	HC73592877620	广东省揭阳市榕城区望江北路3489号纳华大厦一楼	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-14	2026-07-13	0	25520200178990
564	厚溯检测（广东）有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	YB-100B (0~1.6) Mpa	HY74511901052	广东省揭阳市榕城区望江北路3489号纳华大厦一楼	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-14	2026-07-13	0	25520200179003
565	揭阳浩泽医院有限公司	杭州华科仪表有限公司	压力表	Y-100(0~1.6) MPa	250560434	揭阳浩泽医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-20	2026-07-19	0	25520200491679
566	揭阳永安管道建设有限公司	上海仪川仪表厂	压力表	Y-100 (0-0.25) MPa	202501052175	揭阳市	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-20	2026-07-19	0	26520200009866
567	揭阳永安管道建设有限公司	上海仪川仪表厂	膜盒压力表	YE-100 (0-16) KPa	202503024852	揭阳市	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-20	2026-07-19	0	26520200009873
568	揭阳永安管道建设有限公司	上海仪川仪表厂	膜盒压力表	YE-100 (0-16) KPa	EE03025920	揭阳市	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-20	2026-07-19	0	26520200009880
569	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	杭州富阳市东辰仪表厂	压力表	Y-150(0-2.5)MPa	202101010	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200229579
570	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	中国雷尔达仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	EE06047631	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200229593
571	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	中国雷尔达仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	EE06047774	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200229609
572	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	中国雷尔达仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	EE06063019	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-05		0	25520200229616
573	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	中国雷尔达仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	EE06063124	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【不合格】	2026-01-05		0	25520200229623
574	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	中国雷尔达仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	EE06063181	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200229630
575	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	中国雷尔达仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	EE10047535	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200229654
576	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	中国雷尔达仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	EE10047576	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200229661
577	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	中国雷尔达仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	EE10047579	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200229678
578	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	中国雷尔达仪表有限公司	压力表	Y-100(0-2.5)MPa	EE10047964	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-05	2026-07-04	0	25520200229685
579	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	上海自动化仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)MPa	23089748	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300780
580	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	上海自动化仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)MPa	23089782	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300810
581	揭阳万金置业有限公司揭阳万豪酒店分公司	上海自动化仪表有限公司	压力表	Y-100(0-1.6)MPa	23089749	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300797

582	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海自动化仪表有限公司	压力表	Y-100(0- 1.6)MPa	23089773	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300803
583	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海自动化仪表有限公司	压力表	Y-100(0- 1.6)MPa	23079788	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300759
584	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海自动化仪表有限公司	压力表	Y-100(0- 1.6)MPa	23078499	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300742
585	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海自动化仪表有限公司	压力表	Y-100(0- 1.6)MPa	23078498	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300735
586	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海自动化仪表有限公司	压力表	Y-100(0- 1.6)MPa	22125784	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300728
587	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海自动化仪表有限公司	压力表	Y-100(0- 1.6)MPa	22125770	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300704
588	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海方峻仪器仪表有限公司	压力表	Y100(0- 1.6)Mpa	2208016283	锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	26520200043587
589	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	杭州富阳市东辰仪表厂	压力表	Y-100(0- 2.5)MPa	2101658	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300674
590	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海方峻仪器仪表有限公司	压力表	Y-100(0- 2.5)Mpa	2208016693	锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	26520200043594
591	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	杭州富阳市东辰仪表厂	压力表	Y-100(0- 2.5)MPa	2101699	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300681
592	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	杭州富阳科创仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 4)MPa	KC1606-8	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300896
593	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	杭州富阳科创仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 4)MPa	KC222799-7	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300902
594	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	杭州富阳科创仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 4)MPa	KC222806-7	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300919
595	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	杭州富阳科创仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 4)MPa	KC222809-7	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300933
596	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	杭州富阳科创仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 4)MPa	KC3375-8	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300940
597	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	杭州富阳科创仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 4)MPa	KC3376-8	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300957
598	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	杭州富阳科创仪表有限公司	压力表	Y-150(0- 4)MPa	KC4526-12	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300988
599	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海天川仪表厂	压力表	Y-150ZT(0- 1.6MPa)	25- 08523656	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300889
600	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海天川仪表厂	压力表	Y-150ZT(0- 1.6MPa)	25- 08523655	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300872
601	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海天川仪表厂	压力表	Y-150ZT(0- 1.6MPa)	25- 08523654	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300865
602	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	上海天川仪表厂	压力表	Y-150ZT(0- 1.6MPa)	25- 08523653	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300858
603	揭阳万金置业有限公司揭 阳万豪酒店分公司	杭州富阳市东辰仪表厂	压力表	Y-150(0- 2.5)MPa	2110345	揭阳万豪酒店锅炉房	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-02-03	2026-08-02	0	25520200300698
604	揭阳雅安医院	威卡自动化仪表(苏州)有限 公司	内室压力表	Y-100(- 0.1-0- 0.5)MPa	8804P8Z0	揭阳市榕城区砲台镇丰溪 村李厝揭阳雅安医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-04	2026-09-03	0	25520200092845
605	揭阳雅安医院	威卡自动化仪表(苏州)有限 公司	内室压力表	Y-100(- 0.1-0- 0.5)MPa	8804P900	揭阳市榕城区砲台镇丰溪 村李厝揭阳雅安医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-04	2026-09-03	0	25520200092852

606	揭阳雅安医院	威卡自动化仪表(苏州)有限公司	压力表	Y-100(0.1-0.1.5)MPa	8804T0UP	揭阳市榕城区砲台镇丰溪村李厝揭阳雅安医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-04	2026-09-03	0	25520200092869
607	揭阳雅安医院	威卡自动化仪表(苏州)有限公司	夹层压力表	Y-100(0.1-0.0.5)MPa	8804050K	揭阳市榕城区砲台镇丰溪村李厝揭阳雅安医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-04	2026-09-03	0	25520200092876
608	揭阳雅安医院	威卡自动化仪表(苏州)有限公司	夹层压力表	Y-100(0.1-0.0.5)MPa	88040ERB	揭阳市榕城区砲台镇丰溪村李厝揭阳雅安医院	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-04	2026-09-03	0	25520200092883
609	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0~0.16)MPa	2411P-03753X-18401	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000481
610	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0~0.16)MPa	2411P-03753X-18402	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000498
611	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0~0.16)MPa	2411P-03753X-18403	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000504
612	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0~0.16)MPa	2411P-03753X-18404	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000511
613	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0~0.16)MPa	2411P-03753X-18405	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000528
614	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0~0.16)MPa	2411P-03753X-18406	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000535
615	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0~0.16)MPa	2411P-03753X-18407	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000542
616	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0~0.16)MPa	2411P-03753X-18408	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000559
617	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0~0.16)MPa	2411P-03753X-18409	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000634
618	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YN-100(0~0.25)MPa	241007449	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522400115782
619	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100(0~0.25)MPa	2505020811	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035119
620	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YN-100(0~0.4)MPa	2505016493	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035089
621	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YN-100(0~0.4)MPa	2505016494	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035096
622	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YN-100(0~0.4)MPa	2505016496	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035102

623	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	压力表	YN-100 (0~0.4)MPa	25100344	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035232
624	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	压力表	YN-60 (0~0.4)MPa	25100345	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035249
625	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	压力表	YN-100 (0~0.4)MPa	25100346	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035256
626	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	Y-100 (0~0.6)MPa	241009224	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522400116895
627	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢膜盒压力表	Y-100 (0~0.6)MPa	241009204	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522400116543
628	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YN-100 (0~0.6)MPa	241009128	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522400115904
629	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-150B (0~0.6)MPa	2412P-17801-11002	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000641
630	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-150B (0~0.6)MPa	2412P-17801-11003	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000658
631	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	压力表	YN-60 (0~0.6)MPa	25100347	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035263
632	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	压力表	YN-60 (0~0.6)MPa	25100348	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035270
633	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢膜片压力表	Y-100 (0~1)MPa	2507044885	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035225
634	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YN-100 (0~1)MPa	241009080	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522400115805
635	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	241009353	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522400114402
636	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2411P-01663X-14667	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000245
637	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2411P-01663X-14668	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000252
638	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2411P-01663X-14669	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000269
639	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2411P-01663X-14670	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000276

640	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2411P-01663X-14671	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000283
641	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2411P-01663X-14672	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000290
642	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2403P-08933-01520	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400034952
643	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	上海仪川仪表厂	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	240426000	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400034976
644	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	上海仪川仪表厂	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	240618625	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400034983
645	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	上海仪川仪表厂	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	240816014	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400034990
646	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	上海仪川仪表厂	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	240816267	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035003
647	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	241008983	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035010
648	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-150B (0~1)MPa	2410P-54937-01049	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000627
649	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-150B (0~1)MPa	2412P-17801-11005	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000672
650	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2504047099	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035072
651	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2507030063	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035126
652	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2507030067	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035133
653	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2507044853	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035140
654	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2507044855	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035157
655	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2507044867	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035164
656	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2509003890	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035188

657	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1)MPa	2509003891	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035195
658	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-150BN (0~1)MPa	2410P-54937-01039	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000092
659	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢耐震压力表	Y-150BN (0~1)MPa	2410P-54937-01040	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000108
660	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YN-100 (0~1.6)MPa	241009084	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522400115836
661	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YN-100 (0~1.6)MPa	241009108	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522400115850
662	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	2411P-01663X-14673	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000306
663	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	2411P-01663X-14674	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000313
664	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	2411P-01663X-14675	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000320
665	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	2403P-08933-01511	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400034938
666	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YN-100 (0~1.6)MPa	241009097	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035027
667	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YN-100 (0~1.6)MPa	241009100	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035034
668	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	2411P-61027-02176	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035041
669	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	2502015787	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035058
670	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	2502015788	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035065
671	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	2409P-50093-10028	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000702
672	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	2409P-50093-10029	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000719
673	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa	2409P-50093-10030	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000726

691	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~2.5)MPa	2411P-03753X-18391	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000382
692	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~2.5)MPa	2411P-03753X-18392	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000399
693	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~2.5)MPa	2411P-03753X-18393	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000405
694	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~2.5)MPa	2411P-03753X-18394	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000412
695	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~2.5)MPa	2411P-03753X-18395	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000429
696	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~2.5)MPa	2411P-03753X-18396	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000436
697	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~2.5)MPa	2411P-03753X-18397	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000443
698	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~2.5)MPa	2411P-03753X-18398	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000450
699	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~2.5)MPa	2411P-03753X-18399	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000467
700	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~2.5)MPa	2411P-03753X-18400	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000474
701	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢压力表	YN-100 (0~2.5)MPa	Z2301050176	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	26522400035201
702	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-150B (0~6)MPa	2410P-54937-01048	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000610
703	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~10)KPa	2411P-01663X-14660	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000177
704	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~10)KPa	2411P-01663X-14661	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000184
705	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~10)KPa	2411P-01663X-14663	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000207
706	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	安徽天康(集团)股份有限公司	不锈钢压力表	Y-100 (0~10)KPa	2411P-01663X-14664	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522700000214
707	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢膜盒压力表	Y-100 (0~60)kPa	241007480	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522400104144

708	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢微压膜片压力表	Y-100 (0~60)kPa	240939066	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-30	2026-07-29	0	25522400115669
709	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YTH-100DY (-0.1~0.9)MPa	2509003902	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061415
710	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢微压膜片压力表	BF-100.A0.F0 (0~0.06)MPa	E260131899	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061668
711	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢微压膜片压力表	BF-100.A0.F0 (0~0.06)MPa	E260131900	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061675
712	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢微压膜片压力表	BF-100.A0.F0 (0~0.06)MPa	E260131901	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061682
713	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.1)MPa	D260113110	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062139
714	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.1)MPa	D260115278	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062153
715	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.16)MPa	D260115312	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062160
716	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.16)MPa	D260115313	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062177
717	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.16)MPa	D260115316	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062184
718	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113038	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062016
719	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113039	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062023
720	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113040	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062030

721	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113041	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062047
722	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113042	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062054
723	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113043	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062061
724	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113046	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062085
725	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113047	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062092
726	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113050	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062108
727	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113051	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062115
728	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~0.25)MPa	D260113052	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062122
729	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100.A0.FD (0~0.4)MPa	D260111735	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061880
730	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YTHN-100.A0 (0~0.4)MPa	D260111738	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061750
731	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢压力表	YTH-100.A0 (0~0.4)MPa	D260111739	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061439
732	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YTH-100DY (0~0.6)MPa	2055023111	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061361
733	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YTH-100DY (0~0.6)MPa	2505023100	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061385
734	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YTH-100DY (0~0.6)MPa	2509003895	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061408

735	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型隔膜压力表	PYQHB-100. A0. FC (0~0.6)MPa	D260112860	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061637
736	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100. A0. FD (0~0.6)MPa	D260113714	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061910
737	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100. A0. FD (0~0.6)MPa	D260113721	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061927
738	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100. A0. FD (0~0.6)MPa	D260113722	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062146
739	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YTH-100DY (0~1)MPa	2507030061	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061392
740	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YTHN-100DY (0~1)MPa	2507030542	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061705
741	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YTHN-100DY (0~1)MPa	2509003893	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061712
742	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YTH-100DY (0~1)MPa	2509011516	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061422
743	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型压力表	YQHB-100. A0 (0~1)MPa	D260111072	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061453
744	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型压力表	YQHB-100. A0 (0~1)MPa	D260111073	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061460
745	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型压力表	YQHB-100. A0 (0~1)MPa	D260111074	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061477
746	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型压力表	YQHB-100. A0 (0~1)MPa	D260111075	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061484
747	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型压力表	YQHB-100. A0 (0~1)MPa	D260111076	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061491
748	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型压力表	YQHB-100. A0 (0~1)MPa	D260111077	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061507
749	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型耐震压力表	YQHBN-100. A0 (0~1)MPa	D260111078	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061552

750	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型压力表	YQHB-100. A0 (0~1)MPa	D260111079	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061514
751	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型耐震压力表	YQHBN-100. A0 (0~1)MPa	D260111080	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061569
752	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型压力表	YQHB-100. A0 (0~1)MPa	D260111081	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061521
753	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型隔膜压力表	PYQHB-100. A0. FC (0~1)MPa	D260111226	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061620
754	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型压力表	YQHB-100. A0 (0~1)MPa	D260111228	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061538
755	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型压力表	YQHB-100. A0 (0~1)MPa	D260111230	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061545
756	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100. A0. FD (0~1)MPa	D260111259	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061811
757	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100. A0. FD (0~1)MPa	D260111271	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061828
758	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	YTHN-100DYMFB3 (0~1.6)MPa	2509003914	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061774
759	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100. A0. FD (0~1.6)MPa	D260111351	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061835
760	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100. A0. FD (0~1.6)MPa	D260111364	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061842
761	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100. A0. FD (0~1.6)MPa	D260111371	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061859
762	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100. A0. FD (0~1.6)MPa	D260111372	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061866
763	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100. A0. FD (0~1.6)MPa	D260111379	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061873
764	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型耐震压力表	YQHBN-100. A0 (0~1.6)MPa	D260111527	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061576

765	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型耐震压力表	YQHBN-100.A0 (0~1.6)MPa	D260111528	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061583
766	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型耐震压力表	YQHBN-100.A0 (0~1.6)MPa	D260111530	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061590
767	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型耐震压力表	YQHBN-100.A0 (0~1.6)MPa	D260111531	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061606
768	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢安全型耐震压力表	YQHBN-100.A0 (0~1.6)MPa	D260111535	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061613
769	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	YTHN-100DYMF (0~2.5)MPa	2509003952	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061781
770	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100.A0.FD (0~2.5)MPa	D251216715	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061798
771	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100.A0.FD (0~2.5)MPa	D251216716	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061804
772	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YTHN-100.A0 (0~2.5)MPa	D260110129	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061729
773	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YTHN-100.A0 (0~2.5)MPa	D260110130	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061736
774	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YTHN-100.A0 (0~2.5)MPa	D260110183	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061743
775	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震压力表	YTHN-100.A0 (0~2.5)MPa	D260112781	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061767
776	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~2.5)MPa	D260112784	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061989
777	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~2.5)MPa	D260112787	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061996
778	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢隔膜压力表	PYTH-100.A0.FD (0~2.5)MPa	D260112788	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400062009

779	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100.A0.FD (0~2.5)MPa	D260112789	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061897
780	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢耐震隔膜压力表	PYTHN-100.A0.FD (0~2.5)MPa	D260112806	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061903
781	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢压力表	YTH-100DY (0~10)MPa	2504007780	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061378
782	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢微压膜片压力表	YP-100HGDY (0~40)KPa	2508062602	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061644
783	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢膜盒压力表	YE-100HDY/ (0~40)KPa	2509003889	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061934
784	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢膜盒压力表	YE-100HDY (0~6)kPa	2509003904	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061958
785	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	北京布莱迪仪器仪表有限公司	不锈钢微压膜片压力表	BF-100.A0.F0 (0~60)KPa	E260131902	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061699
786	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢膜盒压力表	YE-100HDY/GY (0~1)KPa	2509003905	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061965
787	广东伊斯科新材料科技发展有限公司	重庆川仪昆仑仪表有限公司	不锈钢膜盒压力表	YE-100HDY (-1~5)KPa	2509003897	惠来大南海石化园区石化大道东侧广东伊斯科项目现场	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	26522400061941
788	揭阳市和新染整加工有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200 (0~2.5)MPa	HC75573145372	揭阳市榕城区京冈街道京冈综合市场以南小区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-21	2026-07-20	0	26520200042795
789	揭阳市和新染整加工有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200 (0~2.5)MPa	HC75573145397	揭阳市榕城区京冈街道京冈综合市场以南小区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-21	2026-07-20	0	26520200042801
790	揭阳市和新染整加工有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-200 (0~2.5)MPa	HC75573145370	揭阳市榕城区京冈街道京冈综合市场以南小区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-21	2026-07-20	0	26520200042788
791	揭阳市和新染整加工有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150 (0~2.5)MPa	HC75602629711	揭阳市榕城区京冈街道京冈综合市场以南小区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-21	2026-07-20	0	26520200042849
792	揭阳市和新染整加工有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150 (0~2.5)MPa	HC75602629519	揭阳市榕城区京冈街道京冈综合市场以南小区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-21	2026-07-20	0	26520200042818
793	揭阳市和新染整加工有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150 (0~2.5)MPa	HC75602629618	揭阳市榕城区京冈街道京冈综合市场以南小区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-21	2026-07-20	0	26520200042832
794	揭阳市和新染整加工有限公司	红旗仪表有限公司	压力表	Y-150 (0~2.5)MPa	HC75602629602	揭阳市榕城区京冈街道京冈综合市场以南小区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-21	2026-07-20	0	26520200042825
795	揭阳市和新染整加工有限公司	红旗仪表有限公司	电接点压力表	YX-150 (0~2.5)MPa	HY75611567951	揭阳市榕城区京冈街道京冈综合市场以南小区	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-01-21	2026-07-20	0	26520200042856
796	揭西广业环保能源有限公司	上海自动化仪表有限公司 (自动化仪表四厂)	不锈钢压力表	Y-250BF (0~16)MPa	KD24050254	汽包压力 (低置)	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	25522200030810
797	揭西广业环保能源有限公司	上海自动化仪表有限公司 (自动化仪表四厂)	不锈钢压力表	Y-250BF (0~16)MPa	KD24050255	汽包压力 (高置)	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	25522200030827

798	揭西广业环保能源有限公司	上海自动化仪表有限公司（自动化仪表四厂）	不锈钢压力表	Y-250BF (0~16) MPa	KD24050257	集汽集箱压力（低置）	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	25522200030834
799	揭西广业环保能源有限公司	上海自动化仪表有限公司（自动化仪表四厂）	不锈钢压力表	Y-250BF (0~16) MPa	KD24050258	集汽集箱压力（高置）	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	25522200030841
800	揭西广业环保能源有限公司	上海自动化仪表有限公司（自动化仪表四厂）	不锈钢压力表	Y-150BF (0~16) MPa	KD24056359	锅炉给水压力	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	25522200030858
801	揭西广业环保能源有限公司	安徽天康（集团）股份有限公司	压力表	Y-150 (0~16) MPa	2503P- 14171- 25700	汽包压力	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	25522200030865
802	揭西广业环保能源有限公司	安徽天康（集团）股份有限公司	压力表	Y-150 (0~16) MPa	2503P- 14171- 25701	集汽集箱压力	广东省揭阳市质量计量监督检测所	【合格】	2026-03-23	2026-09-22	0	25522200030872